

ICD thuismonitoring

U heeft bij uw ICD (Implanteerbare Cardio Defibrillator) een monitor ontvangen. Met deze monitor kan de ICD-technicus op afstand de technische gegevens van uw ICD beoordelen.

Wat is thuismonitoring?

Uw ICD verzamelt belangrijke gegevens van uw hart, bijvoorbeeld ritmestoornissen. Ook houdt de ICD zelf bij hoe het op storingen heeft gereageerd. Bij thuismonitoring stuurt een apparaatje - de thuismonitor - de gegevens van uw ICD door naar het ziekenhuis om zo te controleren of uw ICD goed functioneert. Uw cardioloog of ICD-technicus kan via het internet de gegevens van uw ICD bekijken. Ook zijn technische gegevens zichtbaar, zoals de batterijstatus van uw ICD en de toestand van de elektroden.

Thuismonitoring vervangt **niet** de controle door de ICD-technicus in het ziekenhuis. De technicus kan de instellingen van uw ICD via de monitor niet wijzigen. Bij een ritmestoornis kan het dus nodig zijn dat u, in overleg met de technicus, naar het ziekenhuis komt.

Plaatsing van de monitor

- U krijgt de thuismonitor in bruikleen van OLVG.
- U installeert de monitor zelf thuis volgens de instructies die u erbij krijgt.
- De monitor maakt gebruik van het mobiele netwerk. U heeft dus geen vaste telefoonlijn nodig.
- Soms vraagt de technicus u om na installatie een proefverzending te verrichten. Dit is afhankelijk van het merk en type van uw ICD. Ook is het mogelijk dat de technicus een handeling moet doen waardoor de monitor uw ICD 'herkent'.
- De monitor leest uw ICD meestal op hetzelfde moment uit. Vaak gebeurt dat 's nachts. Plaats de monitor daarom in een ruimte waar u 's nachts vaak bent, bij voorkeur in de slaapkamer.
- Plaats de monitor op niet meer dan drie meter afstand van uw bed.

Hoe werkt uw ICD?

- De ICD verzendt de gegevens automatisch naar de monitor. U hoeft zelf meestal niets te doen. Soms vraagt de technicus u een handmatige verzending te doen.
- De monitor verzendt gegevens van uw ICD via het mobiele netwerk, naar de (beveiligde) centrale computer van OLVG.
- U hoeft voor de meting niet speciaal thuis te blijven. Als een meting niet is gelukt, blijft de monitor contact zoeken met de ICD om het opnieuw te proberen.

Verzenden van de gegevens

- De monitor stuurt alleen gegevens door als de technische meetwaarden afwijken van de ingestelde waarden of als er ritmestoornissen zijn geweest. Medische gegevens worden niet doorgestuurd door de monitor. Als de ICD een schok heeft gegeven om een ernstige ritmestoornis op te heffen, wordt dit niet altijd direct doorgestuurd. Neem bij een schok altijd contact op met OLVG. Volg de instructies uit de folder [ICD-implantatie](#).
- De ICD-technicus bekijkt de ingezonden gegevens van uw ICD altijd op werkdagen, tijdens kantooruren. Bij bijzonderheden nemen wij telefonisch contact met u op.
- Het is mogelijk dat de verzending niet is gelukt. Neem bij twijfel contact op met de ICD-technicus
- Als de monitor kapot is door een technische storing, merkt u dat vaak aan de lichtjes van het apparaat. Soms krijgt u een melding op het scherm. Dit is afhankelijk van het merk dat u heeft. Als de monitor kapot is, krijgt u een nieuw kastje. Als de monitor niet werkt krijgt OLVG hiervan een melding. Neem bij twijfel toch altijd contact op met de ICD-technicus.
- Is de monitor kapot door breuk of waterschade? Neem dan contact op met de ICD-technicus. Hij zal de monitor zo nodig vervangen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/hartcentrum
- www.olvg.nl/icd-implantatie

Contact

polikliniek Cardiologie, locatie Oost

T 020 599 30 32 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Poliplein 2

polikliniek Cardiologie, locatie West

T 020 599 30 32 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 04

ICD-begeleider, locatie Oost

T 020 599 23 87 (dag en nacht)
T 020 599 27 78 (werkdagen 8.30 – 16.00 uur)

Vraag naar uw cardioloog, ICD-begeleider of cardiotechnicus

afdeling Hartbewaking en Eerste Harthulp (EHH), locatie Oost

T 020 599 23 05 (dag en nacht)
A3 en C3

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 november 2023, foldernr.0899